

fenik

Catalogue des produits

Drainage • Ponction • Shunt • Accessoires



Sur nous...

L'entreprise médico-technique fenik AG est implantée en Suisse depuis 2009 et est le partenaire commercial d'ewimed Deutschland. L'entreprise fenik AG distribue en Suisse le matériel médical d'ewimed Deutschland, ainsi que les systèmes de drainage et de ponction fabriqués par Care Fusion : PleurX® drainage par cathéter, Denver Shunt, TPK et Safe-T-Centesis®.

Ces dispositifs sont, en Suisse, utilisés depuis plusieurs années, dans les domaines de l'oncologie, de la chirurgie thoracique, de la pneumologie, de la gastroentérologie, de la radiologie interventionnelle et d'autres disciplines médicales.

Ce qui nous distingue...

Les collaborateurs de l'entreprise fenik AG ont acquis expertise et fiabilité dans la vente, le conseil et le service pour les hôpitaux, les cliniques, les médecins, le personnel soignant et les patients.

En combinant les caractéristiques uniques de nos produits et notre expérience dans le service et le conseil, nous permettons aux professionnels de la santé et aux patients de profiter de systèmes sûrs, simples et économiques tant en coût qu'en temps.

Les patients bénéficient ainsi d'une amélioration de leur qualité de vie et de leur mobilité.

Le team fenik AG



Renate Marti
Directrice Générale



Barbara Martinetz
Service Interne



Aline Chevalley
Area Managerin Südostschweiz



Martin Giroud
Area Manager Romandie

fenik AG
Querstrasse 5
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel.: 052 577 02 55
Fax: 052 577 02 56

info@fenik.ch
www.fenik.ch



Désirée Schneider
Area Managerin Nordwestschweiz



Table des matières

Drainage	6
Matériel de drainage pour les hôpitaux et les cliniques	7
PleurX® Cathéter kit	7
PleurX® Capuchon de valve	8
PleurX® Ligne de drainage	8
PleurX® Bouteille sous vide	9
ewimed poche de recueil	10
PleurX® Kit de pansements	11
ewimed Pneu-Pack	12
Matériel de drainage à domicile	14
Procédure de retour à domicile	14
PleurX® Kit de drainage	16
ewimed kit de drainage	17
Matériel de connexion pour systèmes de drainage	18
Boitier de sécurité pour PleurX®	19
drainova® adaptateur 3/8" LL	19
LUNA dispositif de sécurité de pour cathéter	19
Shunts	20
Denver® Shunt ascites	21
Denver® Shunt descriptif technique	22
Denver® Shunt pleural	22
Denver® Shunt matériel d'implantation	23
Denver® Shunt accessoires remplacement	23
Ponctions	24
Safe-T-Centesis®	25
Thoracentesis/Paracentesis cathéter	26
Références	27

Drainage

Le système de drainage par cathéter PleurX® est implanté lors d'une intervention faiblement invasive sous anesthésie locale. Il permet un drainage temporaire et régulier de patients souffrants d'un épanchement pleural récidivant et/ou d'une ascite. Il permet une amélioration rapide et efficiente des symptômes.

Notre assortiment comprend les produits pour les hôpitaux et cliniques ainsi que le matériel nécessaire pour les soins au domicile du patient.

L'option thérapeutique d'un drainage par cathéter PleurX® est l'alternative éprouvée aux ponctions répétitives. Cette option thérapeutique est documentée par de nombreuses études cliniques depuis 20 ans.

La sécurité, l'efficacité, les indications et le rapport coût/efficience du cathéter PleurX® sont notifiés dans plus de 30 études cliniques.


Le cathéter est très bien accepté par les patients.



Matériel de drainage pour les hôpitaux et les cliniques

Art. n° 50-7050

Art. n° 50-9050



Perforations du cathéter



Valve de sécurité
(coupe transversale)



Fonctions et avantages :

- Faible taux d'infection (moins de 3 %)^{1,2,3}
- Courte durée d'hospitalisation⁴
- Contrôle efficient des symptômes⁵
- Pleurodèse spontanée chez 70 % des patients après 90 jours⁶
- PleurX® valve de sécurité (l'air ne peut pas rentrer ni le liquide sortir de façon non contrôlée)
- Le cathéter est flexible. Le patient ne le ressent pas (p.ex dans l'abdomen)
- Une bande de sulfate de baryum permet de visualiser le positionnement du cathéter à la radiographie.

PleurX® Kit cathéter pleural

PleurX® Kit cathéter péritonéal

Le cathéter PleurX® est en silicone. Il est très flexible et fin et peut être laissé durablement.

Le cathéter PleurX® comprend 30 perforations, un manchon en polyester et une valve de sécurité. La pose du cathéter nécessite une intervention sous anesthésie locale peu invasive. Le cathéter est tunnélisé sur 5-8 cm. Le manchon en polyester est positionné dans le tunnel sous-cutané. Lors des premières implantations nous sommes volontiers présents à titre consultatif.

Matériel pour l'implantation

- PleurX® cathéter, 15,5 Fr
- Aiguille avec canule d'introduction, 16 G
- Seringue, 10 ml
- Fil guide avec bout en J
- Instrument de tunnélisation
- Introducteur détachable, 16 Fr

Matériel pour le drainage

- PleurX® ligne de drainage verrouillable
- Aiguille, 17 G x 25 mm
- Capuchon de valve
- Adaptateur 5-en-1

Matériel de pansement

- 6 Compresses de gaze 102 mm x 102 mm
- Compresse mousse en Y
- Pansement étanche Tegaderm

	50-7050	50-9050
Matériel	silicone	
Dimension	15,5 Fr	
Longueur	660 mm	710 mm
Conditionnement minimum	1 UE = 1 pièce stérile	

Art. n° 50-7235

PleurX® Capuchon de valve



Le capuchon de valve sert à fermer la valve de sécurité du cathéter PleurX® (art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050). La valve de sécurité du cathéter est ainsi protégée des endommagements et/ou de toutes contaminations.

Lors du drainage le capuchon de valve doit être remplacé par un nouveau, stérile.


Le PleurX® capuchon de valve est un dispositif médical à usage unique.

Conditionnement minimal

1 UE = 10 pièces stériles

Art. n° 50-7245

PleurX® Ligne de drainage



La ligne de drainage comprend un embout spécial prévu pour ouvrir la valve de sécurité du cathéter PleurX® (art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050) et à son extrémité une connexion luer lock mâle. La ligne de drainage PleurX® est un dispositif médical à usage unique. Elle doit être remplacée régulièrement pour des raisons d'hygiène.

- Le cathéter PleurX® peut être relié grâce à la ligne de drainage à un système d'aspiration hospitalier. Pour augmenter les possibilités de connexion un adaptateur 5-en-1 est fourni avec la ligne de drainage. On peut également connecter l'embout luer lock de la ligne de drainage directement à un adaptateur drainova 3/8" LLF art. n°P8448.

- Si le cathéter PleurX® ou la valve de sécurité se bouchent la ligne de drainage stérile peut être utilisée pour un rinçage.

- Grâce à la roulette régulatrice, le liquide peut être drainé par intervalle.

Conditionnement minimal

1 UE = 10 pièces stériles

N° LIMA

01.03.02.01.1

Art. n° 50-7210

PleurX® Bouteille sous vide, 1000 ml



Embout d'accès



Piston de la bouteille sous vide (coupe transversale)




La bouteille sous vide en combinaison avec un cathéter PleurX® (art. n°50-7050, art. n°50-9050) est idéale pour un drainage rapide, sûr et confortable de patients souffrant d'un épanchement pleural et/ou d'une ascite. L'embout d'accès de la bouteille sous vide se connecte directement sur la valve de sécurité du cathéter.

Après le drainage par aspiration la bouteille sous vide doit être tout de suite déconnectée, la valve de sécurité du cathéter PleurX® désinfectée et refermée avec un capuchon de valve art. n°50-7235.

La bouteille sous vide 1000ml, est un dispositif médical à usage unique.

Fonctions et avantages :

- Le drainage par aspiration est simple, sûr et rapide.
- La bouteille sous vide reste connectée durant 5-15 minutes.
- L'aspiration peut être contrôlée de façon optimale grâce à la roulette régulatrice.



Exemple d'utilisation d'une bouteille de drainage sous vide PleurX® p.ex pour le drainage d'un épanchement pleural.

Capacité	1000 ml
Matériel	plastique
Conditionnement minimal	1 UE = 10 pièces stériles

Art. n° 50-7220

ewimed Poche de recueil, 2000 ml



Embout d'accès



Valve de Heimlich



La poche de recueil ewimed en combinaison avec un cathéter PleurX® (art. n°50-7050, art. n°50-9050) est idéale pour un drainage sûr et confortable de patients souffrant d'un épanchement pleural et/ou d'une ascite. L'embout accès de la poche de recueil se connecte directement sur la valve de sécurité du cathéter.

Après le drainage par gravité, la poche de recueil doit être tout de suite déconnectée, la valve de sécurité du cathéter PleurX® désinfectée et refermée avec un capuchon de valve art. n°50-7235.

La poche de recueil ewimed est un dispositif médical à usage unique.

Fonctions et avantages:

- Le drainage par gravité est confortable, sûr et simple.
- La poche de recueil reste connectée durant 15-30 minutes.
- La valve de Heimlich intégrée à la poche de recueil évite un reflux de liquide et d'air.

Capacité	2000 ml
Matériel	plastique
Conditionnement minimal	1 UE = 10 pièces stériles

Art. n° 50-7290

PleurX® Kit de pansements



Conditionnement
minimal

1 UE = 5 pièces stériles

- Le kit de pansements PleurX® :

- Pansement plastifié Tegaderm®
- Champ stérile bleu
(Contient les articles stériles suivants):
- Gants sans latex et non-poudrés
- Capuchon de valve
- 3 Tampons d'alcool
(70 % alcool isopropylique)
- Clamp d'urgence (bleu)
- 4 compresses de gaze env. 100 mm x 100 mm
- Compresse mousse en Y

ewimed Pneu-Pack


La série d'articles Pneu Pack comprend des poches de recueil spécifiques avec valve de Heimlich, valve d'évacuation de l'air et valve de vidange de la poche. Toutes les poches de recueil Pneu Pack sont munies d'un système de fixation sûre et pratique. Les différents Pneu Pack se différencient par leur type de raccord.

Fonctions et avantages :

- La valve de Heimlich intégrée à la poche de recueil évite un reflux de liquide et d'air.
- La valve d'évacuation de l'air peut être fermée ou ouverte selon les besoins.
- Grâce à la valve de vidange de la poche, le liquide peut être évacué de façon confortable.
- Grâce aux supports, la poche peut être fixée facilement (p.ex au lit).
- La poche est graduée et la quantité de liquide peut donc être quantifiée.

Art. n° P8531

ewimed Pneu-Pack I



Le Pneu Pack I ewimed permet un drainage par gravité sûr du liquide et de l'air. Il peut être connecté grâce à son embout d'accès directement à la valve de sécurité du cathéter PleurX® (art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050). Ce système permet de travailler en toute sécurité en limitant les erreurs de connexion grâce au système « clef/serrure ». Le Pneu Pack I ewimed est un dispositif médical à usage unique.

Capacité	2000 ml
Raccord	Embout d'accès
Dimension de la ligne	1/8" x 1/32" / 1200 mm
Conditionnement minimum	1 UE = 10 pièces stériles.

Art. n° P7899



ewimed Pneu-Pack II

Le Pneu Pack II ewimed permet un drainage par gravité sûr du liquide et de l'air. Il peut être connecté grâce à une ligne de drainage PleurX® (art. n° 50-7245) avec le cathéter PleurX® (art. n° 50-7050, art. n° 50-9050).

Le Pneu Pack II en combinaison avec un cathéter PleurX® (art. n° 50-7050) et une ligne de drainage (art. n° 50-7245) est une solution idéale pour le drainage durable (3-5 jours) de patients avec pneumothorax chez qui une mise en aspiration n'est pas recommandée.

Le Pneu Pack II ewimed est un dispositif médical à usage unique.

Capacité	2000 ml
Raccord	Luer Lock femelle
Dimension de la ligne	1/4" / 500 mm
Conditionnement minimum	1 UE = 10 pièces stériles

Art. n° P8103



ewimed Pneu-Pack III

Le Pneu Pack III ewimed permet un drainage sûr du liquide et de l'air. Le Pneu Pack III peut être combiné à divers systèmes de drainage disponibles sur le marché.

Le Pneu Pack III est une solution idéale pour le drainage durable (3-5 jours) de patients avec pneumothorax chez qui une mise en aspiration n'est pas recommandée.

Pour la connexion du système, vous devez disposer d'un raccord double spécifique.

Le Pneu Pack III ewimed est un dispositif médical à usage unique.

Capacité	2000 ml
Raccord	multiple
Dimension de la ligne	3/8" / 1200 mm
Conditionnement minimum	1 UE = 10 pièces stériles.

Drainage: besoins du patient

Gestion du retour à domicile

Lors du retour à domicile d'un patient avec un cathéter PleurX®, nous lui envoyons le matériel de drainage par courrier A (sans frais de port) et nous organisons une formation au domicile du patient.

C'est pourquoi, si nous voulons garantir ce service de façon optimale, il est important que l'hôpital nous transmette aussi rapidement que possible :

Adresse du patient et informations sur la situation (formulaire fax):

- Prénom, Nom
- Date de naissance
- Adresse du domicile
- Numéro de téléphone
- Type de cathéter implanté (pleural ou péritonéal)
- Quantité de liquide drainé / Intervalle de drainage
- Informations complémentaires (p.ex. infections et pneumothorax)

Il est important d'expliquer au patient la suite de la procédure (p.ex. qui lui fera les drainages à domicile...) et de faire signer au patient le formulaire d'enregistrement (à nous retourner par fax).

Adresse du référent pour le drainage (p.ex. soins à domicile):

- Prénom, Nom
- Responsable des soins à domicile
- Numéro de téléphone

Contact(s) à l'hôpital ou à la clinique:

- Nom de l'hôpital ou de la clinique
- Nom du médecin ayant réalisé l'implantation et/ou du médecin référent.
- Coordonnées du service qui a pris en charge le patient.

Comment transmettre ces informations?

Envoyez-nous le formulaire d'Inscription du patient par fax ou par mail. Si vous n'avez pas ce formulaire à disposition vous pouvez sans autre le trouver sous www.fenik.ch.

Donnez au patient l'ordonnance spécifique pour le matériel PleurX®.

Si un patient est transféré dans un autre établissement ou une autre unité de soins, nous vous remercions de nous informer. Nous pourrons ainsi coordonner avec le personnel soignant une formation et éventuellement une livraison de matériel.

Quand devez-vous transmettre ces informations?

Nous vous remercions de nous transmettre des informations dans l'idéal après chaque implantation et/ou au plus tard 1-2 jours avant la sortie/transfert du patient.

Que se passe-t-il par la suite?



- Dès que nous avons reçu le formulaire d'Inscription du patient, un spécialiste de fenik AG prendra contact avec vous dans les 24 heures.
- Nous pouvons ainsi discuter des détails (p.ex. si le matériel nécessaire est disponible à l'hôpital et si une formation du personnel soignant est souhaitée).
- Nous discutons également de la sortie du patient notamment pour savoir si un changement de pansement et un drainage sont effectués le jour de la sortie. Ce paramètre impacte directement le délai dans lequel le spécialiste de fenik AG devra intervenir au domicile du patient.

Si vous ne recevez pas de nos nouvelles dans les 24 heures merci de nous appeler directement.

Désignation de l'art.	Forfait pour la première instruction
Art. n°	S1000
N° LIMA	01.03.02.03.1

Que faire le jour de la sortie?

- Donnez l'ordonnance complétée au patient. Si vous n'avez pas d'ordonnance type vous pouvez la demander directement au spécialiste de fenik AG.
- Faites un nouveau drainage et changez le pansement
- Débranchez le système de drainage fixe (si le patient est toujours drainé en fixe) et fermez la valve de sécurité du cathéter avec le capuchon de valve stérile (art. n° 50-7235).



1 Tournez l'embout de la ligne de drainage (système baïonnette) pour le déconnecter de la valve de sécurité du cathéter.

2 Désinfectez la valve de sécurité du cathéter.

3 Fermez avec un capuchon de valve stérile.

fenik AG
Querstrasse 5
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.: 052 577 02 55
Fax: 052 577 02 56



info@fenik.ch
www.fenik.ch

Pour obtenir tous compléments d'information, vous pouvez sans autre nous contacter.

Horaires d'ouverture :

de lundi à jeudi
(08:00 - 12:00
13:30 - 17:00)

vendredi
(08:00 - 12:00
13:30 - 16:00)

Art. n° 50-7500B

Art. n° 50-7510



Fonctions et avantages:

- Le drainage par aspiration est simple sûr et rapide.
- La bouteille sous vide reste connectée durant 5-15 minutes.
- L'aspiration peut être régulée de façon optimale grâce à la roulette régulatrice.
- Une pleurodèse spontanée est observée chez 58,6% des patients. Après une durée moyenne de 29,4 jours le cathéter a pu être retiré.

PleurX® Kit de drainage, 500 ml

PleurX® Kit de drainage, 1000 ml

La bouteille sous vide en combinaison avec le cathéter PleurX® (art. n°50-7050, art. n°(50-9050) est idéal pour un drainage rapide, sûr et confortable d'un épanchement pleural ou d'une ascite. L'embout d'accès spécifique de la bouteille sous vide se connecte directement sur la valve de sécurité du cathéter.

Après le drainage par aspiration, la bouteille sous vide doit être tout de suite déconnectée, la valve de sécurité du cathéter désinfectée et refermée à l'aide du capuchon de valve stérile (art. n° 50-7235) contenu dans le set de pansement.

Le PleurX® set de drainage est un dispositif médical à usage unique.


Chaque set contient:

- Une bouteille sous vide (500 ml / 1000 ml) avec une ligne de drainage intégrée.
- Le set de pansements:
 - Pansement plastifié Tegaderm®
 - Champ stérile bleu
(Contient les articles stériles suivants):
 - Gants sans latex et non-poudrés
 - capuchon de valve
 - 3 Tampons d'alcool
(70 % alcool isopropylique)
 - Clamp d'urgence (bleu)
 - 4 compresses de gaze env. 100 mm x 100 mm
 - Compresse mousse en Y

	50-7500B	50-7510
Raccord	Embout d'accès	
Capacité	500 ml	1000 ml
Conditionnement minimum	1 UE = 10 pièces stériles	
Matériel	Plastique	
N° LIMA	01.03.01.01.1	01.03.01.03.1

Art. n° 50-7505

ewimed Kit de drainage, 2000 ml



Chaque set contient:

- Une poche de recueil en gravité (2000 ml) avec une ligne de drainage intégrée.
- Le set de pansement:

- Pansement plastifié Tegaderm®

- Champ stérile bleu

(Contient les articles stériles suivants):

- Gants sans latex et non-poudrés
- Capuchon de valve
- 3 Tampons d'alcool
(70 % alcool isopropylique)
- Clamp d'urgence (bleu)
- 4 Compresses de gaze env. 100 mm x 100 mm
- Compresse mousse en Y

Le kit de drainage 2000ml ewimed en combinaison avec la cathéter PleurX® (art. n° 50-7050, art n° 50-9050) est idéal pour un drainage sûr et confortable d'une ascite ou d'un épanchement pleural. L'embout d'accès de la poche de recueil se connecte directement sur la valve de sécurité du cathéter.

Après le drainage par gravité, la poche de recueil doit être tout de suite déconnectée, la valve de sécurité du cathéter désinfectée et bouchée à l'aide du capuchon de valve stérile (art. n° 50-7235) contenu dans le set de pansement.

Le PleurX® set de drainage est un dispositif médical à usage unique.

Fonctions et avantages:

- Le drainage par gravité est simple, doux et sûr.
- La poche de recueil reste connectée durant 15 – 30 minutes.
- Le drainage peut être réglé de façon optimale grâce à la roulette de régulation.
- La valve de Heimlich intégrée à la poche de recueil évite un reflux de liquide.

Raccord	Embout d'accès
Capacité	2000 ml
Conditionnement minimum	1 UE = 10 pièces stériles
Matériel	Plastique
N° LIMA	01.03.01.04.1

Accessoires pour le drainage


Nos années d'expérience en tant que partenaires des médecins et du personnel soignant des hôpitaux et cliniques nous ont permis de mieux cerner les difficultés rencontrées par le personnel soignant.

C'est pourquoi nous avons enrichi notre gamme de plusieurs articles permettant de résoudre certains problèmes pratiques lors du drainage d'un épanchement pleural ou d'une ascite.



Art. n° P1100

Art. n° P1100S



Art. n° P8500

Art. n° P8448



Art. n° P6000

Art. n° P6100



Boîtier de sécurité pour PleurX®, 1 UE = 10 pièces

Boîtier de sécurité pour PleurX®, 1 UE = 2 pièces

Le boîtier de sécurité permet d'éviter une déconnection fortuite entre le système de drainage et la valve de sécurité du cathéter PleurX®

Le boîtier n'est pas stérile mais peut être désinfecté à chaque nouvelle utilisation avec différents moyens de désinfection classiques. Il protège également la connexion de la pollution.

	P1100S
N° LIMA	01.03.02.02.1

Adaptateur drainova® 3/8"LLM

Adaptateur drainova® 3/8"LLW

Les adaptateurs drainova 3/8" Luer Lock d'ewimed peuvent être utilisés dans tous les cas entre une connexion Luer Lock et un embout conique.

Les adaptateurs drainova peuvent donc être utilisés dans pratiquement toutes les unités de votre hôpital.

Conditionnement minimum

1 UE = 10 pièces stérile

LUNA protection de connexion, 1 UE = 10 pièces

LUNA protection de connexion, 1 UE = 100 pièces

La protection de connexion LUNA amène une sécurité supplémentaire pour toutes connections. Il n'y a donc plus besoin de fixation supplémentaire, notamment avec des adhésifs. LUNA est adaptée pour de nombreux types de connexions et peut, après usage, être à nouveau utilisée.

Shunts

Le Denver® Shunt est un dispositif médical en silicium pour le traitement des ascites réfractaires et des épanchements pleuraux récidivants

Le Denver® Shunt permet grâce à sa pompe centrale et à ses deux cathéters de conduire l'ascite dans la circulation veineuse et l'épanchement pleural dans le péritoine.

Selon la viscosité, le genre d'épanchement, l'anatomie du patient, nous proposons des Denver® Shunt de type et de dimension différents. Pour un cathéter péritonéal on utilise toujours du 15Fr alors que pour un cathéter veineux il y a deux variantes 11.5Fr ou 15.5Fr.

Fonctions et avantages:

- Les nutriments ne sont pas éliminés
- La perfusion rénale augmente
- Améliore la respiration et la mobilité
- Soulage rapidement les patients avec une ascite réfractaire ou un épanchement pleural récidivant
- Augmente le volume sanguin effectif
- Augmente la production d'urine
- Shunt en Silique® à surface lisse et douce et à faible coefficient de frottement
- Bande de sulfate de baryum intégrée pour le contrôle des cathéters à la radiographie.

Denver® Shunt ascites

Le Denver® Shunt PAK ascites avec set d'introduction percutané (PAK = percutaneous access kit) est adapté pour les patients souffrant d'une ascite réfractaire.

Il est aussi bien utilisé dans des cas d'ascites carcinomateuses que d'autres natures. Il est une alternative à une paracentèse, des ponctions répétitives ou un TIPS.

Le Denver® Shunt ascites est aussi disponible avec un cathéter veineux de 15,5Fr. (sans set d'introduction).

Art. n° 42-2050

Art. n° 42-2055

Art. n° 42-2000


Art. n° 42-2005

Denver® Shunt PAK ascites, valve double, 11,5 Fr

Denver® Shunt PAK ascites, valve simple, 11,5 Fr

Denver® Shunt ascites, valve double, 15,5 Fr





Denver® Shunt ascites, valve simple, 15,5 Fr



	42-2050 PAK	42-2055 PAK
Matériel	Silicone	
Dimension du cathéter veineux	11,5 Fr	
Valve	Double	Simple
Débit	20-30 ml / min	30-40 ml / min
Conditionnement minimum	1 UE = 1 pièce stérile	

	42-2000	42-2005
	Sans set d'introduction	
Matériel	Silicone	
Dimension du cathéter veineux	15,5 Fr	
Valve	Double	Simple
Débit	25-40 ml / min	40-55 ml / min
Conditionnement minimum	1 UE = 1 pièce stérile	


Denver® Shunt illustrations techniques



Denver® Shunt pleural

Art. n° 42-9000

Denver® Shunt pleural



	42-9000 Sans set d'introduction
Matériel	Silicone
Dimension	15,5 Fr
Valve	Double
Débit	25-40 ml/min
Conditionnement minimum	1 UE = 1 pièce stérile

Denver® Shunt matériel d'implantation

Les produits suivants sont disponibles pour faciliter l'implantation du Denver® Shunt.

Art. n° 10383-010

Set d'introduction avec fil guide, 16 Fr

Chaque set contient:

- Introducteur détachable, 16 Fr
- Fil guide avec bout en J
- Aiguille, 18 G
- Seringue, 12 ml

Art. n° 42-3100

Instrument de tunnélisation

Art. n° 42-3500

Instrument de tunnélisation en acier inoxydable

- court 6" (15cm)
- long 15" (38cm)

Denver® Shunt matériel de remplacement

Art. n° 42-2321*

Cathéter veineux, 15,5 Fr (60 cm)

Art. n° 42-2521*

Cathéter veineux, 11,5 Fr (60 cm)

Art. n° 42-2322*

Cathéter péritonéal perforé, 15,5 Fr (27 cm)

Art. n° 10383-010

Set d'introduction avec fil guide, 16 Fr

Art. n° 10383-006*

Set d'introduction avec fil guide, 12 Fr

Art. n° 42-3019*


Raccord en nylon (1 UE = 2 pièces)

* Délai de livraison sur demande

Ponction

Pour les ponctions diagnostiques et thérapeutiques des épanchements pleuraux ou des ascites, nous vous proposons le Safe-T-Centesis® et le Système de drainage Thora-Para (TPK).

Ces dispositifs vous aident à effectuer des ponctions sûres et simples et donc de gagner du temps même dans des situations difficiles.



Art. n° PIG1260K

Art. n° PIG1280K



Technologie Veress (blanc)



Technologie Veress (rouge)



Safe-T-Centesis®, 6 Fr

Safe-T-Centesis®, 8 Fr

Le Safe-T-Centesis® est un système de ponction et de drainage révolutionnaire qui peut rester en place à court terme chez vos patients.

Le Safe-T-Centesis®, grâce à ses caractéristiques, permet une grande flexibilité d'utilisation à la fois en assurant la sécurité des patients contre les risques de perforation et la sécurité des praticiens contre le risque de blessures par piqûre.

Chaque set contient:

- Aiguille de ponction avec cathéter en « queue de cochon »
- Scalpel, n° 11
- Ligne de drainage avec aiguille (LL mâle/mâle)
- Point-Lok® protection d'aiguille
- Possibilité de connexion avec le ewimed Pneu Pack II (art. n° P7899)

Fonctions et avantages:

Technologie Veress™

- Le bout mousse à l'extrémité distale de l'aiguille de ponction protège patients et utilisateurs contre les risques de blessures par perforation ou piqûre.
- L'indicateur devient rouge quand l'aiguille rencontre une résistance et que la partie distale tranchante est déployée.

Valve à obturation automatique

- Maintient le système fermé.
- Permet le repositionnement de l'aiguille de ponction
- Evite tous reflux de liquide ou d'air.
- Un robinet 3 voies offre plusieurs possibilités de connexion (notamment avec la ligne de drainage)

	PIG1260K	PIG1280K
Dimension	6 Fr	8 Fr
Conditionnement minimum	1 UE = 1 pièce stérile	

Cathéter „queue de cochon”

- Se positionne directement et est résistant aux obturations.
- Le revêtement en silicone facilite l'insertion percutanée, minimise l'éventuel „effet accordéon” et réduit le traumatisme tissulaire.
- La graduation permet un positionnement sécurisé du cathéter (longueur du cathéter 160mm.).
- La bande en sulfate de baryum permet une bonne visibilité du cathéter à la radiographie.
- Le raccord Luer-Lock permet un retrait facile du cathéter « queue de cochon » de la valve de sécurité.

Art. n° TPK1001

Art. n° TPK1005



Thoracentesis/Paracentesis Cathéter (TPK), 8 Fr

Thoracentesis/Paracentesis Cathéter (TPK), 5 Fr

Le TPK de l'entreprise CareFusion est spécialement conçu pour les paracentèses pleurales ou péritonéales diagnostiques ou thérapeutiques sûres et efficaces.

Fonctions et avantages:

Valve de sécurité auto-obturante

Les systèmes TPK disposent d'une valve de sécurité auto-obturante qui se ferme automatiquement dès que l'aiguille de ponction est retirée.

Faible risque d'obturation

Le cathéter du système TPK est perforé en spirale ce qui réduit considérablement le risque d'obturation et permet un écoulement optimal du liquide.

Options pour l'évacuation du liquide

- Il est recommandé que la ligne de drainage du TPK soit connectée à un robinet 3 voies.
- Le TPK est adaptable à de nombreux systèmes de drainage existants sur le marché
- Pour un drainage sûr et hygiénique, il est conseillé d'utiliser le Pneu-Pack II ewimed (art. n° P7899).
- Possibilité de connexion avec le ewimed Pneu Pack II (art. n° P7899)

Chaque set contient:

- Cathéter, 8 Fr ou 5 Fr
- Introducteur, Ø selon le cathéter 8 Fr ou 5 Fr
- Ligne de drainage avec LL mâle/mâle
- Aiguille creuse 15 G (38 mm)
- Scalpel, n°11

	TPK1001	TPK1005
Dimension	8 Fr	5 Fr
Conditionnement minimum	1 VE = 10 pièces stériles	

Références

- 1 Warren, Kim and Liptay. Identification of clinical factors predicting PleurX™ catheter removal in patients treated for malignant pleural effusion. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2008; 33:89-94.
- 2 Courtney, Nemcek, Rosenberg et al. Prospective Evaluation of the PleurX™ Catheter When Used to Treat Recurrent Ascites Associated with Malignancy. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2008; 19:1723-1731.
- 3 Rosenberg, Courtney, Nemcek et al. Comparison of Percutaneous Management Techniques for Recurrent Malignant Ascites. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2004; 15:1129-31.
- 4 Thomas, Francis, Davies et al. International therapies for malignant pleural effusions: The present and the future. Official Journal of the Asian Pacific Society of Respirology, 2014; 19:809-822.
- 5 Van Meter, McKee, Kohlwes. Efficacy and Safety of Tunned Pleural Catheters in Adults with Malignant Pleural Effusions: A Systematic Review. Journal of General Internal Medicine. 2011; 26:70-76.
- 6 Tremplay, Mason, Michaud et al. Use of tunneled catheters for malignant pleural effusions in patients fit for pleurodesis. European Respiratory Journal 2007; 30:7 89-762.

Merci de transmettre la commande de matériel chez fenik AG par l'intermédiaire de votre service des achats.

Conditions de livraison

- Tous les prix indiqués sont hors TVA
- Offre hors engagement
- Livraison env. 3-4 jours après la commande
- Nous ne créditons que les paquets non-ouverts
- Frais d'expédition : CHF 12.50 par paquet
- En cas de retour nous nous réservons le droit de débiter CHF 50.00 à titre d'indemnité.

Adresse de commande

fenik AG
Querstrasse 5
8212 Neuhausen am Rheinfall
Téléphone: 052 577 02 55
Fax: 052 577 02 56
E-Mail: info@fenik.ch
Internet: www.fenik.ch



Références bancaires / numéro de compte

N° TVA : CH-114.986.679

Coordonnées bancaires :
Schaffhauser Kantonalbank
IBAN: CH05 0078 2007 8416 7610 1
Swift Code: SHKBCH2S
Clearing No.: 782

Remarques:

Les conditions de vente de la société fenik AG sont applicables. La marchandise demeure notre propriété jusqu'au paiement intégral de celle-ci.

Toutes les figures ne sont pas conformes à la réalité.